



Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE REGIONALE LOMBARDIA

Ufficio Prevenzione

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
DIR-LOM
REGISTRO UFFICIALE - USCITA
Prot. n. 0004272 del 02/03/2015
05. Area V Prevenzione Incendi e Sicurezza
Technica

MILANO, data del protocollo
C.A.P. 20123 - Via Ansperto, 4
Tel. 02 / 854646.1 - (r.a.)
e-mail dir.lprev.ombardia@cert.vigilfuoco.it

A Dipartimento dei Vigili del Fuoco
Del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Direzione Centrale per la Prevenzione e la
Sicurezza Tecnica
L.go Santa Barbara, 2
00178-ROMA
prev.prevenzioneincendi@cert.vigilfuoco.it

A Comando Provinciale VV.F di
MILANO

Quesito n. 882

(da citare nella corrispondenza)

OGGETTO: Quesito relativo all'assoggettabilità dell'attività n. 58 compresa nell'Allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, in relazione ad un apparecchio radiografico spettrometro di tipo mobile.

Si trasmette il quesito inoltrato dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Milano, relativo all'utilizzazione di un apparecchio radiografico spettrometro portatile ai fini degli adempimenti prescritti dal D.P.R. 01/08/2011 n. 151.

Nel merito, condividendo il parere espresso dal Comando, si ritiene che l'attività non sia compresa al punto 58 dell'allegato al DPR 151/2011.

Ai fini di una corretta interpretazione ed applicazione delle disposizioni contenute nel DPR 1/08/2011 n.151 si resta in attesa delle determinazioni di codesta Direzione Centrale, richiamando l'analogo quesito trasmesso con nota n. 3300 del 05/03/2013, ad ogni buon fine allegato in copia.

EP/mv



IL DIRETTORE REGIONALE
Dott. Ing. Dante Pellicano



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
E DEI CORSI PUBBLICI DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE REGIONALE LOMBARDA

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
DIR-LOM

REGISTRO UFFICIALE - USCITA *Pec*

Prot. n. 0003300 del 05/03/2013

Area V Prevenzione Incendi e Sicurezza
Tecnica

MILANO.....
P. V. 00121 - Via Sempione 4
Tel. 02 - 58446111 - 58446112
Fax 02 - 58511111 (ufficiali)
Fax 02 - 58524444 (relazioni esterne)
E-mail: dipvvf@com.interno.gov.it

Dipartimento dei Vigili del Fuoco
Del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Direzione Centrale per la Prevenzione e la
Sicurezza Tecnica
L.go Santa Barbara, 2
00178-ROMA

Al Comando Provinciale
Vigili del Fuoco di
CREMONA

(Rif. prot. 10423 del 21/12/2012)

Quesito N. 812

(da citare sempre nella corrispondenza)

Oggetto: Quesito in merito all'assoggettabilità di sorgenti mobili di radiazioni ionizzanti a raggi X al punto 58 del DPR 151/2011.

Si trasmette il quesito inoltrato dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Cremona, formulato dalla locale Prefettura, relativo alla corretta classificazione di un analizzatore portatile di metalli con tensione pari a 35 kV ai fini degli adempimenti prescritti dal d.lgs. 17/03/1995 n. 241 e s.m.i. e dal D.P.R. 01/08/2011 n. 151.

Al riguardo si condividono le considerazioni del Comando in merito alle condizioni per l'esenzione dal nulla osta all'impiego, fermo restando l'obbligo di comunicazione ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 230/1995.

Si resta in attesa delle determinazioni di questa Direzione Centrale.



Il DIRETTORE REGIONALE
dott. ing. Antonio Monaco

12/03/13